

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 235/57 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-4115

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อนสำหรับงานห้องปฏิบัติการทันตกรรม
(Heat Curing Acrylic Resin for Dental and Maxillofacial Laboratory)

หน่วยนับ ชุด/ถุง/ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นวัสดุทำชิ้นงานฟันปลอม, งานสิ่งประดิษฐ์ใบหน้า ขากรรไกร (Maxillofacial Prosthesis) และชิ้นงานด้านอื่นๆทางทันตกรรม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัสดุชนิดเรซินอะคริลิกชนิดผงผสมน้ำ แข็งตัวด้วยความร้อน

1.2.2 เมื่อแข็งตัวแล้วไม่มีการเปลี่ยนรูป และมีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการใช้งาน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.3.1 ผงโพลีเมอร์ มีลักษณะเป็นผงละเอียด มีสีแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน

1.3.2 น้ำโมโนเมอร์ มีลักษณะเป็นน้ำใส มีสีแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของ บริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 การจัดหาทั้งชุดหรือส่วนประกอบในชุดหรือสี จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากลหรือมีเอกสารอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....  ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.....  ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.อ.หญิง.....  ทันตแพทย์ รพ.ร.ร.6./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ไศรินทร์สุดา วีรจิตติ)

12 ธ.ย 2557

