

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 327/55 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-248-3728

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุยึดครอบฟันชนิดเรซิน  
( Resin Adhesive Cement )

หน่วยนับ ชุด

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นวัสดุสำหรับยึดชิ้นงานทางทันตกรรม เช่น Inlay, Onlay, Crown, Bridge และยึดเดือยฟันอย่างถาวร

### 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นส่วนผสมของสารที่มีส่วนประกอบของ Composite Resin เป็นหลักหรือสารอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า โดยมีส่วนที่เป็น Base กับ Catalyst มีลักษณะเป็นของเหลวครีมข้น( Paste)

1.2.2 เป็นแบบมีหรือไม่มีน้ำยาปรับสภาพโลหะของชิ้นงานอยู่ภายในชุด

1.2.3 มีคุณสมบัติแข็งตัวได้เองด้วยปฏิกิริยาเคมี หรือด้วยการฉายแสง

### 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีทั้งแบบบรรจุในอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติ (Clicker Dispenser) หรือในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผสมใช้งานด้วยมือหรือด้วยวิธีอื่นๆ

1.3.2 มีหลายสีให้เลือกใช้ตามความต้องการในการใช้งาน

### 2. การบรรจุและหีบห่อ

บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 แบบบรรจุและสี จะระบุในการจัดหามาแต่ละครั้ง

3.2 การจัดหามาทั้งชุดหรือส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งในชุด จะระบุในการจัดหามาแต่ละครั้ง


3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ


3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน ตามมาตรฐานสากล


### 4. วิธีการตรวจสอบ

ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.......... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ  
( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ.......... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ  
( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )

พ.อ.หญิง.......... ทันตแพทย์ รพ.รร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้  
( ไศภิชร์สุดา วีรจิตติ )

26 ก.ย 2555

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0416.13/..... ลง..... 27 ก.ย. 55